



南京市计量监督检测院

Nanjing Institute of Metrological Supervision and Testing

检定证书

VERIFICATION CERTIFICATE

证书编号
Certificate No

第 01437071-003 号

送检单位
Applicant

中国医学科学院皮肤病医院

计量器具名称
Name of Instrument

电子体温计

型号/规格
Model/Specification

K30

出厂编号
Serial Number

20230200857UF 设备编号:/

制造单位
Manufacturer

OMRON

检定依据
Verification Regulation

JJG 1162-2019 《医用电子体温计检定规程》

检定结论
Conclusion

合格

批准人
Approved by

徐昇

(检定专用章)
stamp

核验员
Checked by

陈琳

检定员
Verified by

余艳川

检定日期

Date of Verification

2023 年 03 月 13 日

Year

Month

Day

有效期至

Valid to

2024 年 03 月 12 日

Year

Month

Day



计量检定机构授权证书号：(苏)法计(2018)1001号

Authorization certificate No (2018) 1001

地址：南京市栖霞区仙林大道10号

Add: No.10 Xianlin Road, Qixia District, Nanjing

电子信箱：jly@njzj.gov.cn

E-mail

业务(投诉)电话：025-86735513 传真：025-86735513

Tel.

Fax

业务查询：025-85410283

Tel. for inquire about

邮编：210049

PostCode

检定所使用的计量标准
Standard of Measurements Used in The Verification

名称 Name	测量范围 Measuring range	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/ Maximum permissible error	计量标准考核 证书号 Certificate No	有效期至 Valid until
医用电子体温 计检定装置	(35.0~41. 0) °C	二等	[2022]省量标宁 法证字第273号	2027-03-16

检定使用的主要计量标准器具
Standard of Measurement Used in This Verification

名称 Name	型号/规格 Model/ Specification	不确定度或准确度等级 或最大允许误差 Uncertainty/Accuracy class/Maximum permissible error	器具编号 No of the Standard	溯源机构/ 证书编号 Verification or calibration Organization/Certificate No	证书有效期限 Valid Date
标准铂电阻 温度计	WZPB-2	二等	191310	江苏省计量科学研究院 H2021-0092006	2023-09-27
数字测温仪	PDD8002	0.02级	20092902	中国计量科学研究院 RGjc2022-20488	2023-11-06
精密恒温槽	Vtest-1030/ LO	/	9477	南京市计量监督检测院 01413707	2024-01-31

本计量标准的量值可溯源至国家基准

This standard of measurement used in this verification be traceable to the national primary standard in the P.R.C

检定的环境条件和地点

Environmental Conditions and place of the Verification

温度: 20°C 相对湿度: 60% 其它:
Temperature Relative Humidity Others

地点: 南京市栖霞区仙林大道10号
Place

其他技术说明

Other Technical Notes

注: 1、未经许可, 部分复制本证书内容无效。

Note It's no efficacy for partly using this certificate if not allowed by NIMT.

2、本证书提供的结果仅对本次被检的样品有效。

It's effect that the result of this certificate relate only for the sample(s) Verification.

3、本证书未加盖检定专用章无效。

This certificate will be invalid if it is issued without official stamp.

检定结果:
Results of Verification

1、示值误差检定结果							
检定温度点/℃	35.0	36.0	*37.0	38.0	40.0	*41.0	41.5
示值误差/℃	/	/	0.099	/	/	0.199	/
最大允许误差/℃	±0.3	±0.2	±0.1	±0.1	±0.2	±0.2	±0.3

2、其他项目的检定		
项目	要求	检定结果
外观	符合规程6.1要求	符合要求
温度显示范围	覆盖(35.0~41.0)℃	符合要求
温度显示分辨力	不低于0.1℃	符合要求
测量提示功能	测量达到稳定时,应有听觉或视觉上的提示信号	符合要求
超范围提示功能	有听觉或视觉上的提示信号	符合要求
最大值保持功能	单侧测量结束后,能保持显示所测得的最大温度值,直至其自动关机为止。	符合要求
记忆功能	具有至少记忆最近一次测量数据功能	符合要求
自动关机功能	具有自动关机功能	符合要求

备注:带*检定点为后续检定点。
以下空白。

*注:在填写检定结果时,如需要,可另加附件说明。

Note: Filling in the results of verification, if need be, may add to statements.